



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

12493

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

21 декабря 2021 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения
Научно-технической комиссии по метрологии (№ 03-19 от 26.03.2019)
утвержден тип средств измерений

"Твердомеры портативные ультразвуковые ТКМ-459",

изготовитель - **ООО "НПП "Машпроект", г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация (RU),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений
под номером **РБ 03 03 3798 19** и допущен к применению в Республике
Беларусь с 26 марта 2019 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и
является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета




Д.П.Барташевич
26 марта 2019 г.

Государственный комитет по
стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

26.03.2019 №03-2019

г. Минск

заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

7.27. Червяковскую Н.Н. (БелГИМ) – о продлении срока действия утверждения типа "Твердомеры портативные ультразвуковые ТКМ-459", изготовитель – ООО "НПП "Машпроект", г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, согласно ПМГ 06-2001 (основание – окончание срока действия утверждения типа).

Ранее внесены в Реестр под номером РБ 03 03 3798 17.

РЕШИЛИ:

7.27.1. Продлить срок действия утверждения типа в Республике Беларусь для типа **"Твердомеры портативные ультразвуковые ТКМ-459"** на основании положительных результатов государственных испытаний на соответствие утвержденному типу, проведенных ВНИИФТРИ, Российская Федерация.

7.27.2. Аннулировать сертификат № 11510 об утверждении типа "Твердомеры портативные ультразвуковые ТКМ-459", выданный ООО "НПП "Машпроект", г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

7.27.3. Выдать ООО "НПП "Машпроект", г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, новый сертификат об утверждении типа с указанием номера Реестра (РБ 03 03 3798 19) сроком действия до 21.12.2021.

7.27.4. Метрологически обеспечены в Республике Беларусь.

7.27.5. Поверку проводить по документу ТКМ459СМ "Твердомеры портативные ультразвуковые ТКМ-459. Методика поверки", утвержденной в 2011 г.

7.27.6. Признавать результаты первичной поверки при выпуске из производства, проводимой Тест-Санкт-Петербург (аттестат аккредитации - №РА.RU. 311483, шифр поверительного клейма-СП).

7.27.7. Межповерочный интервал – не более 12 месяцев, межповерочный интервал в сфере законодательной метрологии в Республике Беларусь – не более 12 месяцев.

Председатель
Секретарь

Д.П. Барташевич
Е.В. Нестерович

ВЕРНО

26.03.2019

Е.В. Нестерович

